

Метрологические характеристики

Диапазоны измерений массовой концентрации сульфонола, мг/дм ³	Показатель точности (границы абсолютной погрешности), при P=0,95	Показатель повторяемости (абсолютное СКО повторяемости), при P=0,95	СКО промежуточной прецизионности
	Δ , мг/дм ³	σ_r , мг/дм ³	σ_R , мг/дм ³
От 4 до 6 вкл.	1,6	0,3	0,9
Св. 6 до 15 вкл.	2,9	0,5	1,6
Св. 15 до 35 вкл.	5,5	0,8	2,9
Св. 35 до 50 вкл.	5,0	1,7	2,9
Св. 50 до 80 вкл.	5,0	1,5	2,7

Начальник лаборатории 009



Е.В. Кулябина